

玻璃滤过仪器规格用途

国际标准	原标准	滤板孔径(微米)	一般用途
P250	G00	160-250	滤出大颗粒沉淀
P160	G0	100-160	滤出粗颗粒沉淀,收集和分布气体分子
P100	G1A	70-100	处理水
P70	G1	50-70	滤出大沉淀物及胶状沉淀物
P50	G2	30-50	滤出大沉淀物及气体洗涤用
P30	G3	16-30	滤出细沉淀物及水银过滤用
P16	G4A	7-16	滤出细颗粒沉淀,收集和分布细分子气体
P7	G4	4-7	滤出液体中细或极细沉淀物
P4	G5	2-4	滤出极细物质,沉淀,及较大杆菌
P2	G6	1.2-2.0	滤出大肠杆菌及葡萄球菌